

萧山区质量计量监测中心

检定证书

受理编号: J1905203

证书编号: 1911899

送检单位 杭州凯优特贸易有限公司

计量器具名称 千分尺

型号 / 规格 (0~25)mm

出厂编号 01

制造单位 卡夫威尔

检定依据 JJG21-2008

检定结论 合格

批准人: 吴国伟

核验员: 俞凤姣

检定员: 谢梓婧

(检定专用章)

检定日期 2019年12月25日

有效期至 2020年12月24日

1、本单位是国家法定计量检定机构

授权单位: 浙江省质量技术监督局 计量授权证书号: (浙)法计(2018)33012号

2、检定所用计量标准:

名称: 测微量具检定装置
不确定度/准确度等级/
最大允许误差: 准确度等级: 3等, 4等
计量标准证书号: [2013]杭量标萧证字第 001 号
有效期: 2020-12-04

3、本标准装置所适用的技术文件(编号、名称):

JJG21-2008 《千分尺检定规程》

4、检定地点、环境条件:

地点: 本中心三大量具实验室
温度: 20.0 °C 相对湿度: 71.0 %

5、检定结果:

序号	主要检定项目	检定结果(μm)
1	千分尺的示值误差	±4

以下空白。